



Højdereduceringsbeslag / Høydereduksjons- beslag / Höjdreduceringsfäste / Height reduction brackets - VELA Meywalk 4

Montering af højdereduceringsbeslag på/ Guide to mount
height reduction brackets on VELA Meywalk 4

Varenummer/ Artikelnummer/ Product number:

M011163 Til Small og Medium

M011164 Til Large



Videoinstruktion:
vl1935.dk/mey15



A



B



C



D



E



F



G



H



I



J

DANSK

1. Brems gangvognen.
2. Adskil højdereduceringsbeslagene ved at fjerne skrueerne med en unbraco nøgle (A,B)
3. Fjern skrueerne der fastgør kipbøjlen til stellet i begge sider (C)
4. Bøj kipbøjlen frem så den slipper stellet (D)
5. Fjern cylinderen fra beslaget hvor kipbøjlen var fastmonteret (E)
6. Erstat med den nye cylinder der fulgte med Højdereduceringsbeslagene (F)
7. Fastgør højdereduceringsbeslagene med en skrue i cylindererne (G)
8. Sæt den originale cylinder fra gangvognen ind i øjet over højdereduceringsbeslaget (H)
9. Tag kipbøjlen op og fast gør den med den medfølgende skrue i øjet over højdereduceringsbeslaget i begge sider af gangvognen (I,J)



Højdereduceringsbeslag / Høydereduksjonsbeslag / Höjdreduceringsfäste / Height reduction brackets - VELA Meywalk 4

Montering af højdereduceringsbeslag på/ Guide to mount height reduction brackets on VELA Meywalk 4

NORSK

1. Sett på bremsen på gåvognen.
2. Ta av høydereduksjonsbeslagene ved å fjerne skruene med en unbrakonøkkel (A,B)
3. Fjern skruene som fester vippebøylen til rammen på begge sider (C)
4. Bøy vippebøylen fremover slik at den løsnes fra rammen (D)
5. Fjern sylindere fra beslaget hvor vippebøylen var montert (F)
6. Erstatt med den nye sylindere som fulgte med høydereduksjonsbeslagene (G)
7. Fest høydereduksjonsbeslagene med en skrue i sylindere (H)
8. Sett den originale sylindere fra gåvognen inn i øyet over høydereduksjonsbeslaget (I)
9. Trekk opp vippebøylen og fest den med den medfølgende skruen i øyet over høydereduksjonsbeslaget på begge sider av gåvognen (J, K)

SVENSKA

1. Bromsa gåstolen.
2. Separera höjdreduceringsfästet genom att ta bort skruvarna med en insexnyckel (A, B)
3. Ta bort skruvarna som håller fast lutningsstången på båda sidor (C)
4. Böj lutningsstången framåt för att frigöra den från ramen (D)
5. Ta bort cylindern från fästet där lutningsstången var monterad (F)
6. Byt ut cylindern med den nya cylindern som följde med höjdreduceringsfästena (G)
7. Sätt fast höjdreduceringsfästena med hjälp av en skruv i cylindrarna (H)
8. Placera originalcylindern från stolen i ögat ovanför höjdreduceringsfästena (I)
9. Dra upp lutningsstången och montera den i ögat ovanför höjdreduceringsfästena på båda sidor av gåstolen (I, J)

ENGLISH

1. Brake the gait trainer.
2. Separate the height reduction bracket by removing the screws with an allen key (A,B)
3. Remove the screws which locks the tilt bar to the frame of the gait trainer in both sides (C)
4. Bend down the tilt bar so it separates from the frame (D)
5. Remove the cylinder from the bracket where the tilt bar was mounted (E)
6. Replace it with the cylinder that came with the height reduction brackets (F)
7. Lock the height reduction brackets with a screw in the cylinders (G)
8. Place the original cylinder from the gait trainer in the eye above the height reduction brackets (H)
9. Pull up the tilt bar and mount it in the eye above the height reduction brackets in both sides (I,J)